



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L3764



杭州明纺纺织检测服务有限公司  
Hangzhou Mingfang Textile Testing Service Co., Ltd

报告编号：FCLZJ2003170036

## 检测报告

第1页，共2页

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	阜阳欣源医疗用品有限公司		
	委托单位地址	安徽省阜阳市颍东区辛桥路西侧		
	样品名称	口罩	委托人	/
	样品数量		商标	/
	规格型号	/	颜色	蓝色
	订单号	/	货号	/
	最终用途	/	成分	/
	安全技术类别	/	质量等级	/
检测类型	委托检测		样品状态	符合检测要求
到样时间	2020.03.17		签发时间	2020.03.19
检测依据	GB/T 32610-2016			
检测结论	见下页			
样品	送检样品原样或图片见下页			
备注	1，样品标识未标注防护效果级别，按最低标准要求 D 级判定。 2，样品未经预处理			

报告签发: 李清政

检测报告专用章

声明: 本报告只能全文复制, 不得部分复制; 该报告仅对来样负责。

地址: 浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 1 号中纺城会展中心北门 4 楼

电话: 0571-82771633

邮箱: mffzjc@163.com

网址: www.mfzts.com





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L3764



杭州明纺纺织检测服务有限公司  
Hangzhou Mingfang Textile Testing Service Co., Ltd

报告编号：FCLZJ2003170036

## 检测报告

第2页, 共2页

序号	检测项目		检测方法	单位	标准要求 (D级)	实测值	单项评价	备注
1	呼吸阻力	吸气阻力	GB/T 32610-2016	Pa	$\leq 175$	69.5	合格	/
		呼气阻力		Pa	$\leq 145$	62.4		
2	过滤效率		GB/T 32610-2016 附录 A	%	$\geq 90$	98.6	合格	/
3	防护效果		GB/T 32610-2016 附录 B	%	$\geq 65$	78.2	合格	/

-----样品原样-----



\*\*\*\*\* 报告结束 \*\*\*\*\*

声明： 本报告只能全文复制，不得部分复制；该报告仅对来样负责。

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路1号中纺城会展中心北门4楼  
电话：0571-82771633 邮箱：mffzjc@163.com 网址：www.mfzts.com

